

# 计量授权证书附件

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
1	总悬浮颗粒物采样器	≤1050L/min	MPE:±5.0%	JJG 943
2	装入自动付油计量 控制系统的容积式 流量计	(3.6~200) m <sup>3</sup> /h	MPE: ±0.2%	JJG (皖) 66
3	半自动生化分析仪	吸光度: 0.5A, 10A; 波长: (200~700) nm	MPE: 吸光度: ±0.03A, ±0.07A 波长: ±5nm	JJG 464
4	电解质分析仪	K <sup>+</sup> 浓度: (1.5~7.5)mmol/L  Na <sup>+</sup> 浓度: (100~180)mmol/L  Cl <sup>-</sup> 浓度: (80~160)mmol/L	重复性: ≤1.5% 示值误差: ±4.0% 稳定性: ≤2.0% 线性误差: ±3.0% 交叉污染率: ±1.5%	JJG 1051
5	医用诊断数字减影血管 造影 (DSA) 系统 X 射线辐射源	1μGy/s~1Gy/min  (60~120) kV	RSD: 10%  MPE: ±10%	JJG 1067

-----以下空白-----