

计量授权证书附件

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
1	正多面棱体	0°~360°	三等、四等	JJG 283
2	多齿分度台	0°~360°	0 级、1 级、2 级	JJG 472
3	玻璃体温计	(30.0~43.0) °C	普通人体用及兽用 体温计 MPE: -0.15°C +0.10°C 新生儿用体温计 MPE: -0.15°C +0.15°C	JJG 111
4	医用电子体温计	0°C≤T<35.3°C 35.3°C≤T≤7.0°C 37.0°C≤T≤9.0°C 39.0°C<T≤1.0°C 41.0°C<T≤50°C	MPE: ±0.3°C MPE: ±0.2°C MPE: ±0.1°C MPE: ±0.2°C MPE: ±0.3°C	JJG 1162
5	电动汽车非车载 充电机校验仪	DCV: ± (0.1 mV~1000 V) DCI: ± (100 μA~500 A) 时钟时刻: -86400 s~86400 s	0.05 级及以下	JJG 1192
6	电动汽车交流充 电桩校验仪	交流电压: 0 V~630 V 交流电流: 0.001 A~100 A 电能: 30 V~630 V 0.001 A~100 A 频率: 45 Hz~65 Hz 相 位: 0°~360° 时钟时刻: -86400 s~86400 s	0.05 级及以下	JJG 1193
7	直流电能表检定 装置	DCV: ± (0.1 mV~1000 V) DCI: ± (10 μA~500 A)	0.02 级及以下 (0.02 级加修正 值)	JJG 1186

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
8	电动汽车充电设施	直流电压：（200～1000）V 直流电流： （5～250）A 交流电压：（176～264）V 交流电流： （5～64）A	1 级、2 级	JJG（皖）138
9	车用尿素加注机	（1～100）L/min	MPE：±0.50%	JJG 1191
10	临界流文丘里喷嘴	（0.016～6）m³/h	0.2 级及以下	JJG 620
11	浮子流量计	（0.016～6）m³/h	1.0 级及以下	JJG 257
12	热式气体质量流量计	（0.016～6）m³/h	1.0 级及以下	JJG 1132
13	膜式燃气表	（0.016～6）m³/h	1.5 级	JJG 577
14	超声波燃气表	（0.016～6）m³/h	1.5 级	JJG 1190
15	环境噪声自动监测仪	31.5 Hz～16 kHz	1 级、2 级	JJG 1095
16	转速标准装置	最小测量范围：（30～30000）r/min	准确度等级： 0.0005 级、0.001 级、0.005 级、0.01 级	JJG 326
17	动态信号分析仪	1 Hz～200 kHz	A 级、B 级	JJG 834
18	丙烯腈气体检测报警仪	（0～100）μmol/mol	MPE：±5 μmol/mol	JJG（皖）56

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
19	催化燃烧式甲烷 测定器	$0 \leq X \leq 1\%$ $1 < X \leq 2\%$ $2 < X \leq 4\%$	MPE: $\pm 0.10\% \text{CH}_4$ MPE: $\pm 0.20\% \text{CH}_4$ MPE: $\pm 0.30\% \text{CH}_4$	JJG 678
20	氢氰酸气体检测 报警仪	$(0 \leq X \leq 10) \mu\text{mol/mol}$ $(10 < X \leq 20) \mu\text{mol/mol}$ $(20 < X \leq 30) \mu\text{mol/mol}$	MPE: $\pm 2 \mu\text{mol/mol}$ MPE: $\pm 3 \mu\text{mol/mol}$ MPE: $\pm 6 \mu\text{mol/mol}$	JJG (皖) 60
21	透射比标准滤光 片	透射比: $(0 \sim 100) \%$	一级、二级	JJG 1034
22	吸收型波长标准 滤光片	波长: $(200 \sim 900) \text{nm}$	一级、二级	JJG 1034
23	干涉滤光片型波 长标准滤光片	波长: $(200 \sim 900) \text{nm}$	一级、二级	JJG 1034
24	截止型杂散辐射 标准滤光片	吸光度: $(3.0 \sim 8.0)$	一级、二级	JJG 1034
25	化 学 需 氧 量 (COD)测定仪	$(50 \sim 1000) \text{mg/L}$	A类仪器: 最大允 许误差: $\pm 8\%$	JJG 975
26	卡尔·费休容量 法水分测定仪	$1 \text{mg} \sim 20 \text{mg}$	最大允许误差: $\pm 7\%$	JJG 1154
27	便携式 X、 γ 辐 射周围剂量当量 (率) 仪和监测 仪	$1 \mu\text{Sv/h} \sim 0.1 \text{Sv/h}$	$U_{\text{rel}} = 6\% (k=2)$	JJG 393
28	X、 γ 辐射个人剂 量当量 HP (10) 监测仪	$1 \mu\text{Sv/h} \sim 0.1 \text{Sv/h}$	$U_{\text{rel}} = 7\% (k=2)$	JJG 1009
29	治疗水平电离室 剂量计	$(0.01 \sim 10) \text{Gy/min}$	$U_{\text{rel}} = 3.0\% (k=2)$	JJG 912
30	X 射线探伤机	$(0.01 \sim 10) \text{Gy/min}$	$U_{\text{rel}} = 7\% (k=2)$	JJG 40

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
31	α 、 β 表面污染仪	α 表面发射率: $(10^3 \sim 10^5) / (\text{min} \cdot 2\pi\text{sr})$ β 表面发射率: $(10^4 \sim 10^6) / (\text{min} \cdot 2\pi\text{sr})$	α 表面发射率: $U_{\text{rel}}=9.4\% (k=2)$ β 表面发射率: $U_{\text{rel}}=9.5\% (k=2)$	JJG 478
32	γ 射线探伤机	$(1 \sim 100) \text{ mGy}$	$U_{\text{rel}}=4.0\%(k=2)$	JJG 933
33	测氦仪	$(0.4 \sim 10) \text{ kBq} \cdot \text{m}^{-3}$	相对固有误差: $\pm 20\%$	JJG 825
34	放射性活度计 (工作级)	$(3.7 \times 10^5 \sim 3.7 \times 10^{10}) \text{ Bq}$	MPE: $\pm 5\%$	JJG 277

发证日期:2025-04-18(扩项)

-----以下空白-----